

検査基準値一覧

検査項目		単位	基準値
尿	定性・半定量	pH	4.5 ~ 7.5
		比重	1.008 ~ 1.030
		蛋白	mg/dL 0
		尿糖	mg/dL 0
		潜血	(-)
		ケトン体	(-)
		ビリルビン	(-)
		ウロビリノーゲン	mg/dL 0.1
		白血球	(-)
		亜硝酸塩	(-)
	沈渣	赤血球	/HPF 4以下
		白血球	/HPF 4以下
		上皮細胞	/HPF 基準値なし
		尿中結晶	/HPF 基準値なし
	尿円柱	/LPF 基準値なし	
	細菌	/HPF 0(未検出)	

尿検査測定結果の判定法

1 判定の解釈

検査項目	判定の解釈および測定範囲							
	定性値	-	±	1+	2+	3+	4+	
ブドウ糖	定性値	-	±	1+	2+	3+	4+	
	単位(mg/dL)	0	/	100	250	500	1000≤	
蛋白質	定性値	-	±	1+	2+	3+	4+	
	単位(mg/dL)	0	15	30	100	300	1000≤	
ビリルビン	定性値	-	±	1+	2+	3+	4+	
	単位(mg/dL)	-	-	0.8	1.6	3.2	/	
ウロビリノーゲン	定性値	Normal	1+	2+	3+	4+	4+	
	Enrich単位/dL	0.1	1.0	2.0	4.0	8.0	/	
pH	測定値	4.5-7.5						
潜血	定性値	-	±	1+	2+	3+	4+	
	単位(mg/dL)	-	0.015	0.062	0.135	0.405	/	
ケトン体	定性値	-	±	1+	2+	3+	4+	
	単位(mg/dL)	-	5	15	40	80	120≤	
亜硝酸塩	定性値	-	±	1+	/	/	/	
	単位(mg/dL)	-	/	0.06 0.10	/	/	/	
白血球	定性値	-	±	1+	2+	3+	4+	
	cell/μL	0	15	70	125	500	/	

: Normal

Date: _____ Investigator Sign: _____